

CO CIPKeBiP  
Center odličnosti za integrirane  
pristope v kemiji in biologiji proteinov  
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana  
Davčna številka: SI90147502  
Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984  
[www.cipkebiP.org](http://www.cipkebiP.org)

Številka: 12-2011  
Datum: 13.4.2011

**POVABILO K ODDAJI PONUDBE**  
**za izvedbo javnega naročila po odprtem postopku za**  
**nakup »Ultrazvočnega aparata srca«**

Na podlagi Zakona o javnem naročanju - ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/07, Uradni list RS, št. 16/08, 34/08, Uradni list Evropske unije, št. 314/09, Uradni list RS in št. 19/10), v skladu s 25. členom ZJN-2 in Sklepa o začetku oddaje javnega naročila z dne 3.1.2011, vas vabimo k oddaji ponudbe na javni razpis po odprtem postopku za dobavo Ultrazvočnega aparata srca.

Ocenjena vrednost javnega naročila znaša brez davka na dodano vrednost 170.800,00 EUR.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na internetnem naslovu: <http://www.cipkebiP.org/> .

Naročnik lahko v skladu z 80. členom ZJN-2 kadarkoli prekine postopek javnega naročanja.

### **1. Predmet naročila**

Predmet javnega naročila je nakup **Ultrazvočnega aparata srca**.

### **2. Popolna ponudba**

Popolna ponudba mora vsebovati:

- a) Izpolnjene in podpisane podatke o ponudniku **Obrazec A**
- b) Izpolnjen in podpisan predračun **Obrazec B**
- c) Izpolnjeno in podpisano izjavo o izpolnjevanju pogojev **Obrazec C**
- d) Izpolnjeno in podpisano izjavo o izpolnjevanju tehničnih pogojev **Obrazec D**
- e) Izpolnjeno in podpisano izjavo o odzivnem času za servis **Obrazec E**
- f) Potrdilo poslovne banke oz. bank, pri kateri ima ponudnik odprt transakcijski račun in S.BON-1/P **Obrazec F** s prilogo F1 in F2
- g) Garancija za resnost ponudbe **Obrazec G**
- h) Izjava banke **Obrazec H**
- i) Sodelovanje ponudnika v zadnjih petih letih pri različnih naročnikih **Priloga št. 1**

- j) Izpolnjen, na vsaki strani parafiran in podpisan vzorec kupoprodajne pogodbe **Priloga št. 2**

K obrazcu F mora ponudnik obvezno priložiti dve prilogi:

- Priloga F1: Potrdilo poslovne banke oz. bank, pri kateri ima ponudnik odprt transakcijski račun
- Priloga F2: S.BON-1/P (dokument ne sme biti starejši od treh mesecev).

Ponudnik daje bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% skupne ponudbene cene brez DDV z veljavnostjo ponudbe do 30.9.2011 (Obrazec G).

Ponudnik bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe predložil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV in bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV. Ponudnik mora predložiti Izjavo banke, da bo izbranemu ponudniku izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (Obrazec H).

Dokumenti morajo biti zloženi po navedenem vrstnem redu in zvezani tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati. Predloženi izpolnjeni obrazci morajo biti podpisani in opremljeni z žigom. Priložite **tudi nevezano kopijo celotne ponudbe**.

Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje (kar dokazuje z izjavo – Obrazec C):

1. Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti.
2. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
3. Ponudnik in zakoniti zastopniki ponudnika, v kolikor gre za pravno osebo, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj določenih v 1. in 2. odstavku 42. člena ZJN-2.
4. Ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi, na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije, ne smejo poslovati naročniki iz 1., 2. in 3. odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije – ZPKor (Uradni list RS, št. 8/04).
5. Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in zoper njega ni bil uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije. Kot dokazilo prilaga ponudnik izpolnjen in podpisan obrazec F.
6. Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (44. člen ZJN-2).
7. Ponudnik je skladno z zahtevami naročnika tehnično, kadrovsko, terminsko in finančno sposoben izvesti predmetno naročilo.
8. Ponudnik ni uvrščen na seznam ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi Ministrstvo za finance.
9. Ponudniku ni bila izrečena stranska kazen prepovedi udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja na podlagi 15.a člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/04 – ZOPOKD – UPB1 in 65/08).

Ostali pogoji:

- a) Cene iz predračuna morajo biti veljavne ves čas trajanja pogodbenega razmerja.
- b) Vse cene morajo biti izražene v evrih. Končna cena mora vsebovati vse elemente iz katerih je sestavljena vključno s stroški prevoza, s funkcionalno postavitvijo opreme in usposabljanjem uporabnikov. Popusti in DDV morajo biti prikazani ločeno.
- c) Ponudba mora veljati vsaj 3 mesecev.
- d) Čas dobave ne sme biti daljši od 3 mesecev od podpisa pogodbe.

### 3. Tehnične zahteve

Tehnične zahteve, ki morajo biti izpolnjene pri dobavi in funkcionalni postavitvi aparata:

#### I. Ultrazvočni aparat, upravljanje, monitor

1. Aparat mora biti nov z najnovejšo popolnoma digitalizirano tehnologijo.
2. Vsaj trije enakovredni priključki za UZ sonde.
3. Upravljanje s pomočjo barvnega LCD dotikalnega zaslona. Diagonala upravljalnega zaslona mora biti, zaradi večje preglednosti funkcij, dolga najmanj 15" (inč).
4. Vsaj 17" LCD monitor, nastavljen po višini, levo/desno in naklonu (neodvisno od upravljalne konzole).
5. Aparat mora biti enostaven za prevoz do bolnikov. Teža aparata ne sme presegati 110 kg, širina pa ne sme presegati 50 cm (naročnik dopušča odstopanje +/- 10%).

#### II. Načini prikaza, slikovni parametri

1. Dinamika prikaza mora biti vsaj 900 slik/s.
2. Imeti mora naslednje načine prikaza slike: B 2D, M, PD, Barvni Doppler, Power Doppler, Barvni Tkivni Doppler, širokopasovni visoko-ločljivi bi-direkionalni Color Doppler (kot npr. *e-Flow* in *Advanced Dynamic Flow* ali enakovredno) in kombinacije. Simultani prikaz B slike brez Barvnega Dopplerja in B slike z Barvnim Dopplerjem, simultani prikaz B slike v realnem času in B upočasnjene slike (kot npr. *Dynamic Slow-motion Display* ali enakovredno).
3. Osnovni 3D prikaz s konveksno in linearno sondo.
4. Delovanje CW dopplerja z linearno sondo.
5. Panoramski prikaz.
6. Trapezoidni prikaz.
7. Harmonski prikaz in širokopasovni harmonski prikaz tkiva na vseh ponujenih sondah.
8. Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz (*Compound*), nastavljen vpadni kot UZ snopa - vsaj štiri stopnje ročne nastavljivosti vpadnega kota.
9. Napredno ostrenje robov in diferenciacija tkiva v realnem času.
10. Programska oprema in protokol za kvantitativno merjenje in analizo elastičnosti žilnih sten (na osnovi samodejnega zaznavanja faznih zamikov RF signala) v realnem času.
11. Aparat mora imeti vgrajeno programsko opremo in protokol za merjenje in analizo FMD (*Flow Mediated Dilatation*) – neinvazivni način ocene endotelne funkcije ter WI (*Wave Intensity*).
6. Imeti mora najmanj 19.000 slik retrospektivnega spomina (*Cine Memory*).
7. Aparat mora imeti možnost ročne nastavitve hitrosti ultrazvočnih valov.

8. Aparat mora prikazovati osnovne fiziološke signale (ECG, pulz, respiratorno krivuljo).
9. Kvantitativna analiza tkivnega dopplerja s programsko opremo za analizo asinhronije in *Strain* analizo.
10. Aparat mora imeti vsaj tri prosto nastavljive kurzorje oz. linije presečnih ravnin v M-načinu, katerih kot in položaj se lahko poljubno izbira pri živi in zamrznjeni sliki.

### III. Meritve, izdelava poročila

1. Programska oprema in merilni sklopi za mehke dele, sklepe, mišice, tetive, srce, abdomen in ožilje ter programska oprema za samodejno izdelavo poročil.
2. Programska oprema za avtomatsko meritev debeline stene Intime medie (IMT).
3. Aparat mora omogočati izdelavo bližnjic do merilnih funkcij – s pritiskom enega gumba.
4. Samodejne dopplerske meritve v živi in zamrznjeni sliki z avtomatsko korekcijo vpadnega kota.

### IV. Arhiviranje, povezljivost aparata, tiskanje

1. Aparat mora imeti integrirano ali dodano delovno postajo za zajem, obdelavo, shranjevanje in pregled ultrazvočnih slik in filmov v formatih BMP, TIFF, JPEG in DICOM ter možnost shranjevanja na vgrajeni trdi disk in zunanje USB medije.
2. Aparat mora biti povezljiv v lokalno omrežje, DICOM 3 standard, pošiljanje in shranjevanje živih slik in filmov, tiskanje.
3. Sistem mora biti opremljen z digitalnim črno belim video tiskalnikom.
4. Nožno stikalo s tremi funkcijami (*Freez, Print, Store*).

### V. Zahtevane sonde

1. Sonde morajo biti večfrekvenčne. Imeti morajo možnost ročne izbire vsaj 8 različnih frekvenc z vsako sondo.
2. Širokopasovna konveksna sonda (2-6 MHz) s kovinskim punkcijskim nastavkom.
3. Širokopasovna linearna sonda (4–13 MHz), široka od 36 do 40 mm s punkcijskim nastavkom.
4. Širokopasovna multiplana TEE sonda (3-8MHz).
5. Širokopasovna kardiološka sektorska sonda (1-5 MHz), steered CW dopler, harmonic.

### VI. Zahtevane možnosti nadgradnje aparata

1. Možnost priklopa in delovanja 3D/4D linearne sonde.
2. Programska in strojna oprema za izvedbo elastografije.
3. Programska oprema za UZ prikaz in analizo pri delu s kontrastnimi sredstvi.
4. Programska oprema za *Echo Stress* preiskave.

## **4. Kriteriji za izbiro in sklenitev pogodbe**

Naročnik bo izločil ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev naročnika, navedenih v 2. (Popolna ponudba) in 3. točki (Tehnične zahteve) in jih ne bo ocenjeval. Naročnik ima pravico ponudbo izločiti iz nadaljnje obravnave, v kolikor ponudba ni sestavljena tako, kot je določeno z razpisnimi pogoji.

Ponudbena cena mora biti izražena v evrih in ne sme preseči 205.000 EUR, vključno z DDV. Vse posamezne postavke cene morajo biti izražene v evrih. Končna cena mora vsebovati

vse elemente iz katerih je sestavljena, vključno s stroški prevoza, s funkcionalno postavitvijo opreme in usposabljanjem uporabnikov. Popust in DDV morajo biti prikazani ločeno.

Naročnik ne dopušča predložitve variantnih ponudb.

Merilo za izbor najustrežnejšega ponudnika je cena. Ob izpolnjevanju vseh tehničnih zahtev naročnika bo izbran ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ponudbeno ceno z vključenim DDV in ceno brez DDV.

V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najugodnejšo ceno, bo naročnik izbral ponudnika, ki bo ponudil najkrajši dobavni rok.

Po sprejemu poročila o oddaji javnega naročila bo naročnik poslal vsem ponudnikom odločitev o oddaji naročila v skladu z določili 79. člena ZJN-2.

Ponudnik, ki ni bil izbran, lahko vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri mora jasno navesti o čem mora naročnik podati obrazložitev. Zahteva se lahko vloži v 3 delovnih dneh po sprejemu odločitve naročnika. Če ponudnik ne vloži zahteve pravočasno ali če je ta nepopolna ali če niso izpolnjeni pogoji za vložitev zahteve za dodatno obrazložitev jo naročnik zavrže. Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazložitev odločitve ali odločitev o zavrženju zahteve v treh delovnih dneh po prejemu zahteve. Od dneva prejema dodatne obrazložitve, v primeru zavrženja zahteve za dodatno obrazložitev pa od dneva prejema odločitve o oddaji naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja.

Naročnik bo izbranega ponudnika s poslano odločitvijo hkrati pozval k podpisu pogodbe v skladu s ponudbo. Če se izbrani ponudnik ne odzove na poziv (v roku 10 dni od prejema odločitve o oddaji naročila), se šteje, da je odstopil od ponudbe.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba.

Rok plačila je 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa.

## 5. Način in rok oddaje ponudbe

Ponudbe z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami morajo biti oddane v zaprti ovojnici osebno (ga. Katarini Drobnič Sterle) ali po pošti na naslov:

CO CIPKeBiP  
Center odličnosti za integrirane  
pristope v kemiji in biologiji proteinov  
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti vidna oznaka **NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA JAVNO NAROČILO PO ODPRTEM POSTOPKU – Številka naročila: 12-2011**

Na hrbtni strani mora biti naveden polni naslov pošiljatelja, njegova telefonska številka in elektronski naslov.

Za pravočasno oddano bo štela ponudba, ki bo dostavljena do vključno **6.5.2011 do 10.00 ure** ali poslana po pošti priporočeno s povratnico in bo prispela na naslov naročnika do navedenega roka.

Nepravočasno prispele in nepravilno označene ponudbe bodo izločene iz nadaljnega postopka in bodo neodprte vrnjene ponudniku.

Vloge so lahko napisane v slovenskem ali v angleškem jeziku, finančni del pa mora biti prikazan v evrih.

## **6. Pojasnila razpisne dokumentacije**

Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo se sme zahtevati preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS: <http://www.enarocanje.si>.

Ponudniki lahko v pisni obliki na zgornji naslov zahtevajo dodatna pojasnila do **4.5.2011 do 10.00 ure**. Naročnik bo posredoval odgovor, ki bo objavljen na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS.

Telefonskih pojasnil naročnik ne bo posredoval.

## **7. Dopolnitve in spremembe javnega naročila po odprtem postopku**

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo, bo to objavil na svoji spletni strani (<http://www.cipkebiP.org/>) in na Portalu javnih naročil.

Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval razpisne dokumentacije.

## **8. Odpiranje ponudb**

Javno odpiranje ponudb bo **6.5.2011 ob 13.30** uri na naslovu  
CO CIPKeBiP  
Center odličnosti za integrirane  
pristope v kemiji in biologiji proteinov  
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana  
Predavalnica B220.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

## **9. Garancije v zvezi z javnim naročilom**

Vsi ponudniki so dolžni predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% skupne ponudbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo ponudbe. Naročnik bo vnovčil garancijo za

resnost ponudbe v primeru, da ponudnik umakne ponudbo po javnem odpiranju ponudb ali v primeru, da izbrani ponudnik odreče podpis pogodbe v skladu z razpisnimi pogoji.

Izbrani ponudnik bo moral v 10 dneh po sklenitvi pogodbe predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati vsaj en dan po preteku roka za dokončno izvedbo posla, ki je predmet tega razpisa.

Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu primopredajnega zapisnika po opravljenem funkcionalnem prevzemu opreme predložiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV. Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku mora veljati en dan več kot garancijski rok.

## 10. Obvestilo o oddaji

Obvestilo o oddaji javnega naročila bodo ponudniki prejeli predvidoma v roku 10 dni od roka za oddajo ponudbe.

## 11. Dodatne informacije

Operacijo, program razvoja centra odličnosti, z naslovom Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov (št. operacije OP13.1.1.2.02.0005), delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v višini 85%. Slovenski delež sofinanciranja je v višini 15%.

### Pravni pouk:

Vsak ponudnik, ki je sodeloval v postopku javnega razpisa, sme zahtevati revizijo postopka v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja ZRPJN (Uradni list RS št. 94/07). Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah oddaje javnega naročila, razen če ZJN-2 in ZRPJN ne določata drugače. Po odločitvi o oddaji naročila je rok za vložitev zahtevka deset dni od prejema obvestila o odločitvi o oddaji naročila.

Vlagatelj mora v zahtevku navesti kontaktno osebo, naziv naročnika, javno naročilo in priložiti naslednje dokumente: odločitev o oddaji naročila, obrazložitev kršitev, dokaze o kršitvah ter potrdilo o vplačilu takse v višini 2.500 EUR. Takso mora plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. 0110-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 22. členom Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja, sklic 11 161100-7111290-00000010. V primeru, da je razpis objavljen tudi v Uradnem glasilu Evropske skupnosti, se taksa iz prejšnjega stavka podvoji.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo v dveh izvodih pri naročniku. Naročnik kopijo zahtevka za revizijo v treh dneh od prejema posreduje izbranemu ponudniku. S kopijo

zahtevka za revizijo pa vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevak za revizijo se vroči po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.

S spoštovanjem,

Dr. Livija Tušar  
Poslovna direktorica

**Priloge:**

1. **Obrazec A** Podatki o ponudniku
2. **Obrazec B** Predračun
3. **Obrazec C** Izjava o izpolnjevanju pogojev
4. **Obrazec D** Izjava o izpolnjevanju tehničnih pogojev
5. **Obrazec E** Izjava o odzivnem času za servis
6. **Obrazec F** Potrdilo poslovne banke oz. bank, pri kateri ima ponudnik odprt transakcijski račun in S.BON-1/P s prilogo F1 in F2
7. **Obrazec G** Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe
8. **Obrazec H** Izjava banke
9. **Priloga št. 1** Sodelovanje ponudnika v zadnjih petih letih pri različnih naročnikih
10. **Priloga št. 2** Izpolnjen in podpisan vzorec kupoprodajne pogodbe



**Obrazec A**

Naročnik: CO CIPKeBiP  
Center odličnosti za integrirane  
pristope v kemiji in biologiji proteinov  
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana  
Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: **12-2011**

**PODATKI O PONUDNIKU**

Predmet javnega naročila po odprtem postopku je nakup: **Ultrazvočnega aparata srca.**

**Podatki o ponudniku:**

Naziv:	
Naslov:	
Zakoniti zastopnik:	
Davčna številka:	
Matična številka:	
Številka vpisa v sodni register (št. vložka):	
Številke transakcijskih računov:	
Odprtih pri banki/bankah:	
Kontaktna oseba:	
GSM kontaktne osebe:	
Številka telefona:	
Številka telefaksa:	
Elektronski naslov:	
Spletni naslov:	

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

\_\_\_\_\_

Žig in podpis ponudnika

Kraj in datum: \_\_\_\_\_



### Obrazec C

**Naročnik:** CO CIPKeBiP

Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov  
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana  
Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 12-2011

**Ponudnik (podjetje):** \_\_\_\_\_

Naslov \_\_\_\_\_

### I Z J A V A o izpolnjevanju pogojev

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo pogoje za sodelovanje:

Zap. št.	Pogoji	Izpolnjujemo (vpišite Da oz. Ne)
1	Izjavljamo, da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.	
2	Izjavljamo, da imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.	
3	Izjavljamo, da nismo mi in ne naši zakoniti zastopniki, v kolikor gre za pravno osebo, bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj določenih v 1. in 2. odstavku 42. člena ZJN-2.	
4	Izjavljamo, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi, na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije, ne smejo poslovati naročniki iz 1., 2. in 3. odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije – ZPKor (Uradni list RS, št. 8/04).	
5	Izjavljamo, da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in zoper nas ni bil uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije. Kot dokazilo prilagamo izpolnjen in podpisan obrazec F.	
6	Izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (44. člen ZJN-2).	
7	Izjavljamo, da smo skladno z zahtevami naročnika tehnično, kadrovske, terminsko in finančno sposobni izvesti predmetno naročilo.	
8	Izjavljamo tudi, da nismo uvrščeni na seznam ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi Ministrstvo za finance.	
9	Izjavljamo, da nam ni bila izrečena stranska kazen prepovedi udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja na podlagi 15.a člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (uradni list RS, št. 98/04 – ZOPOKD – UPB1 in 65/08).	

Izjavljamo, da so vsi podatki, predloženi v tej ponudbi resnični, da predložena dokazila niso zavajajoča in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalom. Soglašamo, da naročnik vse

podatke in dokazila preveri iz uradnih evidenc. Izjavljamo, da bomo na naročnikovo zahtevo za podatke, o katerih se ne vodi uradna evidenca, predložili ustrezne originalne dokaze.

S podpisom tudi izjavljamo, da smo seznanjeni s celotno razpisno dokumentacijo in da sprejemamo vse pogoje predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo tudi, da do naročnika ne bomo imeli nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik.

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Žig in podpis ponudnika:

**Obrazec D**

**Naročnik:** CO CIPKeBiP  
Center odličnosti za integrirane  
pristope v kemiji in biologiji proteinov  
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana  
Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984  
Številka razpisa: 12-2011

**Ponudnik (podjetje):** \_\_\_\_\_  
**Naslov:** \_\_\_\_\_

**I Z J A V A o izpolnjevanju tehničnih zahtev**

Tehnične zahteve za nakup **Ultrazvočnega aparata srca:**

Zap. Štev.	Tehnična oz. druga zahteva	Vrednost podatka, navedba predpisa, opis oz. obrazložitev zahteve	V katerem predloženem dokumentu in na katerem mestu je	Opomba
I.	II.	III.	IV.	V.
1	<p><u><i>Ultrazvočni aparat, upravljanje, monitor</i></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aparat mora biti nov z najnovejšo popolnoma digitalizirano tehnologijo.</li> <li>- Vsaj trije enakovredni priključki za UZ sonde.</li> <li>- Upravljanje s pomočjo barvnega LCD dotikalnega zaslona. Diagonala upravljalnega zaslona mora biti, zaradi večje preglednosti funkcij, dolga najmanj 15" (inč).</li> <li>- Vsaj 17" LCD monitor, nastavljiv po višini, levo/desno in naklonu (neodvisno od upravljalne konzole).</li> <li>- Aparat mora biti enostaven za prevoz do bolnikov. Teža aparata ne sme presegati 110 kg, širina pa ne sme presegati 50 cm (naročnik dopušča odstopanje +/- 10%).</li> </ul>			
2	<p><u><i>Načini prikaza, slikovni parametri</i></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinamika prikaza mora biti vsaj 900 slik/s.</li> <li>- Imeti mora naslednje načine prikaza slike: B 2D, M, PD, Barvni Doppler, Power Doppler, Barvni Tkivni Doppler,</li> </ul>			

	<p>širokopasovni visoko-ločljivi bi-direkcionalni Color Doppler (kot npr. e-Flow in Advanced Dynamic Flow ali enakovredno) in kombinacije. Simultani prikaz B slike brez Barvnega Dopplerja in B slike z Barvnim Dopplerjem, simultani prikaz B slike v realnem času in B upočasnjene slike (kot npr. Dynamic Slow-motion Display ali enakovredno).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Osnovni 3D prikaz s konveksno in linearno sondo.</li> <li>- Delovanje CW dopplerja z linearno sondo.</li> <li>- Panoramski prikaz.</li> <li>- Trapezoidni prikaz.</li> <li>- Harmonski prikaz in širokopasovni harmonski prikaz tkiva na vseh ponujenih sondah.</li> <li>- Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz (Compound), nastavljen vpadni kot UZ snopa - vsaj štiri stopnje ročne nastavljivosti vpadnega kota.</li> <li>- Napredno ostrenje robov in diferenciacija tkiva v realnem času.</li> <li>- Programska oprema in protokol za kvantitativno merjenje in analizo elastičnosti žilnih sten (na osnovi samodejnega zaznavanja faznih zamikov RF signala) v realnem času.</li> <li>- Aparat mora imeti vgrajeno programsko opremo in protokol za merjenje in analizo FMD (Flow Mediated Dilatation) – neinvazivni način ocene endotelne funkcije ter WI (Wave Intensity).</li> <li>- Imeti mora najmanj 19.000 slik retrospektivnega spomina (Cine Memory).</li> <li>- Aparat mora imeti možnost ročne nastavitve hitrosti ultrazvočnih valov.</li> <li>- Aparat mora prikazovati osnovne fiziološke signale (ECG, pulz, respiratorno krivuljo)</li> <li>- Kvantitativna analiza tkivnega dopplerja s programsko opremo za analizo asinhronije in Strain analizo</li> <li>- Aparat mora imeti vsaj tri prosto nastavljive kurzorje oz. linije presečnih ravnin v M-načinu, katerih kot in položaj se lahko poljubno izbira pri živi in zamrznjeni sliki</li> </ul>			
3	<p><i>Meritve, izdelava poročila</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programska oprema in merilni sklopi za mehke dele, sklepe, mišice, tetive,</li> </ul>			

	<p>srce, abdomen in ožilje ter programska oprema za samodejno izdelavo poročil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programska oprema za avtomatsko meritev debeline stene Intime medie (IMT).</li> <li>- Aparat mora omogočati izdelavo bližnjic do merilnih funkcij – s pritiskom enega gumba.</li> <li>- Samodejne dopplerske meritve v živi in zamrznjeni sliki z avtomatsko korekcijo vpadnega kota.</li> </ul>			
4	<p><i>Arhiviranje, povezljivost aparata, tiskanje</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aparat mora imet integrirano ali dodano delovno postajo za zajem, obdelavo, shranjevanje in pregled ultrazvočnih slik in filmov v formatih BMP, TIFF, JPEG in DICOM ter možnost shranjevanja na vgrajeni trdi disk in zunanje USB medije.</li> <li>- Aparat mora biti povezljiv v lokalno omrežje, DICOM 3 standard, pošiljanje in shranjevanje živih slik in filmov, tiskanje.</li> <li>- Sistem mora biti opremljen z digitalnim črno belim video tiskalnikom.</li> <li>- Nožno stikalo s tremi funkcijami (Freez, Print, Store).</li> </ul>			
5	<p><i>Zahtevane sonde:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sonde morajo biti večfrekvenčne. Imeti morajo možnost ročne izbire vsaj 8 različnih frekvenc z vsako sondo.</li> <li>- Širokopasovna konveksna sonda (2-6 MHz) s kovinskim punkcijskim nastavkom.</li> <li>- Širokopasovna linearna sonda (4–13 MHz), široka od 36 do 40 mm s punkcijskim nastavkom.</li> <li>- Širokopasovna multiplana TEE sonda (3-8MHz).</li> <li>- Širokopasovna kardiološka sektorska sonda (1-5 MHz), steered CW dopler, harmonic.</li> </ul>			
6	<p><i>Zahtevane možnosti nadgradnje aparata</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Možnost priklopa in delovanja 3D/4D linearne sonde.</li> <li>- Programska in strojna oprema za izvedbo elastografije.</li> <li>- Programska oprema za UZ prikaz in analizo pri delu s kontrastnimi sredstvi.</li> <li>- Programska oprema za Echo Stress preiskave.</li> </ul>			

Navodila za izpolnjevanje tabele:

Pod zaporedne številke od **I.** do **III.** se navede naziv, model/tip in proizvajalca ponujenega proizvoda.

V koloni **III.** je potrebno za vsako točko oziroma zahtevo vpisati dejanski podatek oziroma navesti zahtevane predpise, standarde ipd. ali kratko obrazložiti posamezno zahtevo. Pri zahtevah, ki se dajo izraziti številčno je potrebno vpisati vrednost s številko, enoto, količino in ipd. Pri drugih podatkih pa je treba natančno opisati zahtevano lastnost ali vpisati »DA«, če je zahteva izpolnjena. V primeru, da ponudnik vpiše »NE«, pomeni, da ne izpolnjuje naročnikove zahteve.

V koloni **IV** je potrebno natančno navesti vrsto dokazila in kje v priloženi dokumentaciji (npr. v tehnični knjižici, v prilogi, poglavju, stran priložene dokumentacije) so podatki iz kolone **III** zabeleženi. Zaradi lažjega pregleda jih je potrebno tudi vidno označiti (podčrtati, obkrožiti, markirati pid).

V koloni **V** lahko ponudnik vnese dodatne opombe/podatke v zvezi z zahtevanimi podatki v kolonah **III** in **IV**.

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Žig in podpis ponudnika:



## Obrazec E

**Naročnik:** CO CIPKeBiP  
Center odličnosti za integrirane  
pristope v kemiji in biologiji proteinov  
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana  
Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 12-2011

**Ponudnik (podjetje):** \_\_\_\_\_  
Naslov \_\_\_\_\_

### IZJAVA O ODZIVNEM ČASU ZA SERVIS

Izjavljamo, da zagotavljamo odzivni čas za servis največ 24 ur po prejemu poziva naročnika.

Ta izjava je sestavni del prijave dobavitelja na razpis za nakup **Ultrazvočnega aparata srca** št. 12-2011.

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Žig in podpis ponudnika:

## Obrazec F

**Naročnik:** CO CIPKeBiP  
Center odličnosti za integrirane  
pristope v kemiji in biologiji proteinov  
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana  
Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 12-2011

**Ponudnik (podjetje):** \_\_\_\_\_  
Naslov \_\_\_\_\_

**Potrdilo poslovne banke oz. bank, pri kateri ima ponudnik odprt transakcijski račun  
in S.BON-1/P**

ki izkazuje, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred rokom za izdajo prijave ni imel  
blokiranih sredstev na transakcijskem oz. transakcijskih računih.

Obrazcu F je **obvezno potrebno priložiti prilogi:**

Priloga F1: potrdilo poslovne banke oz. bank, pri kateri ima ponudnik odprt transakcijski račun

Priloga F2: S.BON-1/P (dokument ne sme biti starejši od treh mesecev).

**Obrazec G**

**VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE**

Naziv banke

Kraj in datum

Upravičenec .....

Naslov upravičenca .....

Garancija št.....

V skladu z javnim razpisom z oznako **12-2011** za nakup **Ultrazvočnega aparata srca** za potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz te garancije) za Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana. Ponudnik ..... je dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini .....EUR.

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

- a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
- b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
  - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali
  - ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevki za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevki za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščenice za zastopanje in
3. original Garancije št. .... / .....

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do ....., ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka  
(žig in podpis)

## Obrazec H

### Izjava banke

Podjetje

Naslov:

---

V zvezi z vašo vlogo, s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javni razpis Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana z oznako 12-2011 za nakup Ultrazvočnega aparata.

### IZJAVLJAMO,

da bo naročnik garancije..... v naši banki brez zadržkov dobil:

1. bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala vsaj en dan po preteku roka za dokočno izvedbo posla,
2. bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še en dan po preteku garancijskega roka, ki je določen v garancijskih listih dobavitelja.

in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe ter v skladu s poslovno politiko banke.

Kraj in datum:

Žig banke

Podpis:

## Priloga št. 1

**Naročnik:** CO CIPKeBiP  
Center odličnosti za integrirane  
pristope v kemiji in biologiji proteinov  
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana  
Tel. 01 477 3857, Fax. 01 477 3984

Številka razpisa: 12-2011

**Ponudnik (podjetje):** \_\_\_\_\_  
Naslov: \_\_\_\_\_

### Sodelovanje ponudnika v zadnjih petih letih pri različnih naročnikih

Seznam najmanj treh sodelovanj ponudnika v zadnjih petih letih pri različnih naročnikih.

Zap.št	Referenčna stranka	Oprema	Čas realizacije
.			

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Žig in podpis ponudnika:

## Priloga št. 2

### VZOREC KUPOPRODAJNE POGODBE

Številka razpisa: 12-2011

Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktorica dr. Livija Tušar, davčna številka: SI90147502, kot kupec

in

\_\_\_\_\_, ki ga zastopa  
\_\_\_\_\_, kot prodajalec

Se dogovorita in skleneta naslednjo

### KUPOPRODAJNO POGODBO

št. \_\_\_\_\_

#### 1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da

- a. je kupec na podlagi 25. člena ZJN-2 izvedel odprti postopek oddaje naročila za nakup **Ultrazvočnega aparata srca** (v nadaljevanju besedila: predmet pogodbe),
- b. da je bil prodajalec izbran kot najugodnejši ponudnik za dobavo predmeta pogodbe,
- c. Operacijo, program razvoja centra odličnosti, z naslovom Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov (št. Operacije OP13.1.1.2.02.0005), delno financira Evropska unija, in sicer iz sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v višini 85%. Slovenski delež sofinanciranja je v višini 15%.

#### 2. člen

Prodajalec proda, kupec pa kupi predmet pogodbe po predračunu št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_.

Prodajalec se zavezuje, da je predmet pogodbe v skladu z zahtevami naročnika opredeljenimi v Povabilu k oddaji ponudbe, številka razpisa 12-2011, z dne 13.4.2011 in ga je prodajalec potrdil v izjavi o izpolnjevanju tehničnih zahtev, ki je sestavni del ponudbene dokumentacije.

### 3. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da znaša pogodbeni cena za predmet pogodbe \_\_\_\_\_ EUR z DDV in brez DDV \_\_\_\_\_ EUR. Tako dogovorjena pogodbeni cena je dokončna in vključuje nabavno ceno, davek na dodano vrednost in druge morebitne stroške, ki bodo nastali do prevzema predmeta pogodbe s strani kupca. Prodajalec se obvezuje, da bo organiziral brezplačni lastni prevoz in funkcionalno postavitve ter zagotovil izobraževanje.

### 4. člen

Za blago, ki je predmet te pogodbe, je rok dobave \_\_\_\_\_ dni od dneva podpisa pogodbe.

Kupec se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitve pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena ter da je prodajalec kupcu izročil garancijske liste.

### 5. člen

Ob prevzemu predmeta pogodbe prodajalec izstavi račun, ki ga kupec poravnava najkasneje v 60-ih dneh.

### 6. člen

Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je dobavitelj dolžan v 10 dneh od podpisa te pogodbe predložiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 10% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati vsaj še en dan od funkcionalne postavitve naprave.

Za odpravo napak v garancijski dobi je dobavitelj dolžan ob podpisu primopredajnega zapisnika predložiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati še en dan po preteku garancijskega roka, določenega na garancijskem listu.

### 7. člen

Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide s prodajalca na kupca z izročitvijo opreme kupcu.

Prodajalec daje kupcu garancijo za kvaliteto in delovanje opreme najmanj v enakem obsegu kot jih nudi proizvajalec opreme izvajalcu, to je ..... let od dneva prevzema opreme.



Prodajalec mora v garancijskem roku zagotavljati dežurno službo, ki zagotavlja odzivni čas servisa v 24 urah od časa prejema obvestila.

Če oprema ni popravljena v navedenem roku, mora prodajalec za čas popravila zagotoviti enakovredno nadomestno opremo ali posamezen kos opreme. V tem primeru se garancijski rok podaljša za čas popravila.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo prodajalca.

#### 8. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta storili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe.

Vsaka pogodbeni stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi.

#### 9. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

#### 10. člen

Pogodba je sestavljena v 2 izvodih, od katerih sprejme vsaka od pogodbenih strank po 1 izvod. Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe stranki.

Datum:

Datum:

Prodajalec:

Kupec:  
Center odličnosti za integrirane  
pristope v kemiji in biologiji

proteinov

Direktorica:

Dr. Livija Tušar