

Ljubljana, 18.8.2010

Sporočilo o oddaji javnega naročila št. 17-2010 za nakup **Stresalnega inkubatorja**

Javno naročilo št. 17-2010 za nakup **Stresalnega inkubatorja** je bilo z objavo v uradnem listu dne 21.7.2010 (št. JN6509/2010) oddano ponudniku instrumenta Multitron II proizvajalca Infors, ki ga ponuja podjetje Bia d.o.o., Teslova 30, 1000 Ljubljana. Cena instrumenta je 40.915,78 EUR brez DDV.

Na javno naročilo sta prispeli dve popolni ponudbi pravočasno do razpisanega roka 3.8.2010 do 10:00 ure: ponudba podjetja Bia d.o.o., Teslova 30, 1000 Ljubljana in ponudba podjetja Avanteh d.o.o., Šmartinska cesta 8, 1000 Ljubljana. Podjetje Bia d.o.o. je ponudilo dvonadstropni stresalni inkubator Multitron II proizvajalca Infors s ceno 40.915,78 EUR brez DDV, podjetje Avanteh pa kombinacijo instrumentov Unitherm + Unitwist proizvajalca Uniequip s ceno 29.850,00 EUR brez DDV. Komisija je ugotovila, da edino podjetje Bia d.o.o., ponudnik stresalnika Multitron II podjetja Infors, v celoti izpolnjuje vse pričakovane tehnične zahteve navedene v „Povabilu k oddaji ponudbe“ v točki 3. Komisija je ocenila, da ponudba podjetja Avanteh ni ustrezna. Iz priložene tehnične dokumentacije (Obrazec D) ni razvidno kateri modeli proizvajalca Uniequip so vključeni v ponudbo. Iz priložene tehnične dokumentacije (prospekt proizvajalca) nobeden izmed modelov Unitherm serije 3500 ne omogoča zahtevanega vzdrževanja temperature 15°C pod sobno temperaturo (hlajenje), temveč le 8°C nad sobno temperaturo (gretje). Prav tako je stresalna kapaciteta stresalnika Unitwist bistveno manjša v primerjavi z namenskim dvonadstropnim stresalnikom Infors Multitron II. Po oceni komisije posredovana ponudba tudi ne predstavlja standardne – namenske izvedbe dvonadstropnih stresalnikov oziroma stresalnih inkubatorjev, temveč je sestavljena iz več samostojnih enot ter kot taka predstavlja preveč kompromisov iz vidika pričakovanih in potrebnih tehničnih zahtev.

Zaradi zgoraj navedenih razlogov, je komisija na javnem razpisu po odprtem postopku za nakup stresalnega inkubatorja izbrala instrument Multitron II proizvajalca Infors, ki ga ponuja podjetje Bia d.o.o., Teslova 30, 1000 Ljubljana. Cena instrumenta je 40.915,78 EUR brez DDV. Ta instrument izpolnjuje vse tehnične zahteve navedene v „Povabilu k oddaji ponudbe“ v točki 3 kot tudi vse zahteve popolne ponudbe navedene v točki 2.

Operacijo, program razvoja centra odličnosti, z naslovom Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov (št. operacije OP13.1.1.2.02.0005), delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v višini 85%. Slovenski delež sofinanciranja je v višini 15%.

Pravni pouk:

Vsak ponudnik, ki je sodeloval v postopku javnega razpisa, sme zahtevati revizijo postopka v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja ZRPJN (Uradni list RS št. 94/07). Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah oddaje javnega naročila, razen če ZJN-2B in ZRPJN ne določa drugače. Po odločitvi o oddaji naročila je rok za vložitev zahtevka deset dni od prejema obvestila o odločitvi o oddaji naročila. Vlagatelj mora v zahtevku navesti kontaktno osebo, naziv naročnika, javno naročilo in priložiti naslednje dokumente: odločitev o oddaji naročila, obrazložitev kršitev, dokaze o kršitvah ter potrdilo o vplačilu takse v višini 2.500 EUR. Takso mora plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. 0110-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 22. členom Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja, sklic 11 161100-7111290-0000010. V primeru, da je razpis objavljen tudi v Uradnem glasilu Evropske skupnosti, se taksa iz prejšnjega stavka podvoji. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo v dveh izvodih pri naročniku. Naročnik kopijo zahtevka za revizijo v treh dneh od prejema posreduje izbranemu ponudniku. S kopijo zahtevka za revizijo pa vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se vroči po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.

Dr. Livija Tušar
poslovna direktorica

