

Ljubljana, 20.9.2010

### Sporočilo o oddaji javnega naročila št. 19-2010 za nakup **Pilotnega bioreaktorja**

Javno naročilo št. 19-2010 za nakup **Pilotnega bioreaktorja** je bilo z objavo v uradnem listu dne 21.7.2010 (št. JN6520/2010) oddano ponudniku podjetju Sartorius Stedim System GmbH, Schwarzenberger Weg 73-79, D-34212 Melsungen za pilotni bioreaktor BIOSTAT® Dplus 150L. Cena instrumenta je 205.000,00 EUR brez DDV.

Pet ponudnikov je poslalo ponudbo na javno naročilo po odprtem postopku za nakup **Pilotnega bioreaktorja** pravočasno do razpisanega roka – to je 31.8.2010 do 10.00 ure. Ponudniki so bili: podjetje ECHO d.o.o., Stari trg 37, 3210 Slovenske Konjice, podjetje Sartorius Stedim System GmbH, Schwarzenberger Weg 73-79, D-34212 Melsungen, podjetje Microline Biotech SRL, Via M. Anzi 8, 22100 Como, podjetje Bia d.o.o., Teslova 30, 1000 Ljubljana in podjetje SPES d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana. Vrednost javnega naročila je bila 205.000 EUR brez DDV. Variantne ponudbe niso bile dovoljene.

Podjetje ECHO d.o.o. je ponudilo pilotni bioreaktor proizvajalca Bioengineering AG s ceno 298.970,00 EUR brez DDV. Podjetje Sartorius Stedim System GmbH je ponudilo pilotni bioreaktor BIOSTAT® Dplus 150L s ceno 205.000,00 EUR brez DDV. Podjetje Microline Biotech SRL je ponudilo pilotni bioreaktor Diaferm-150 proizvajalca Diachrom SA s ceno 161.250,00 EUR brez DDV. Podjetje BIA d.o.o. je ponudilo pilotni bioreaktor Techfors 150L proizvajalca INFORS s ceno 204.261,00 EUR brez DDV. Podjetje SPES d.o.o. je ponudilo pilotni bioreaktor Diaferm-150 proizvajalca Diachrom SA s ceno 199.000,00 EUR brez DDV.

Komisija je ugotovila, da podjetje Sartorius Stedim System GmbH, ponudnik pilotnega bioreaktorja BIOSTAT® Dplus 150L, v celoti izpolnjuje vse pričakovane tehnične zahteve navedene v „Povabilu k oddaji ponudbe“ v točki 3.

Komisija je ocenila, da pilotni bioreaktor Diaferm-150 proizvajalca Diachrom SA, ki sta ga ponudili podjetji Microline Biotech SRL in SPES d.o.o. ne izpolnjuje tehničnih zahtev. Iz priložene tehnične dokumentacije je razvidno, da predlagani bioreaktor ne vsebuje avtomatskega sistema za mešanje plinov (zrak, O<sub>2</sub>, N<sub>2</sub> in CO<sub>2</sub>), reguliranega preko pO<sub>2</sub> in pH ter tako ne ustreza vsem tehničnim zahtevam navedenih v „Povabilu k oddaji ponudbe“ v točki 3e. Bioreaktor Diaferm-150 ima tudi priključke drugačnih dimenzij na pokrovu bioreaktorja kot je bilo zahtevano v točki 3c „Povabila k oddaji ponudbe“, kjer je navedeno, da mora biti pokrov bioreaktorja opremljen z vsaj sedmimi 19 mm priključki. V ponudbi podjetij Microline Biotech SRL in SPES d.o.o. za pilotni bioreaktor Diaferm-150 pa so bili ponujeni trije 16 mm priključki in sedem 27 mm priključkov. V Povabilu k oddaji ponudb je bilo tudi navedeno, da variantne ponudbe niso dopuščene. Ponujeni pilotni bioreaktor Diaferm-150 ne izpolnjuje vseh zahtevanih tehničnih zahtev. Variantne ponudbe niso bile dopustne.

Komisija je ugotovila za pilotni bioreaktor Techfors 150L proizvajalca INFORS, v ponudbi podjetja BIA d.o.o., da je bil zahtevani 3-kanalni set za inokulacijo, kot je bilo zahtevano v odstavku 3c, zamenjan s tremi 1-kanalnimi seti za inokulacijo, kar zmanjša funkcionalnost bioreaktorja, saj zahteva uporabo večjega števila priključkov pri dohranjevanju. V Povabilu k oddaji ponudb je bilo navedeno, da variantne ponudbe niso dopuščene, zato iz navedenih razlogov ponudba ni ustrezna.

Komisija je ocenila tudi, da je ponudba podjetja ECHO d.o.o. predraga, saj je razpisana vrednost 205.000 EUR brez DDV.

Zaradi zgoraj navedenih razlogov, je komisija na javnem naročilu po odprtem postopku za nakup pilotnega bioreaktorja izbrala BIOSTAT® Dplus 150L proizvajalca Sartorius Stedim System GmbH, ki ga ponuja podjetje Sartorius Stedim System GmbH, Schwarzenberger Weg 73-79, D-34212 Melsungen. Cena instrumenta je 205.000,00 EUR brez DDV. Ta instrument izpolnjuje vse tehnične zahteve navedene v točki 3 v „Povabilu k oddaji ponudbe“ kot tudi vse zahteve popolne ponudbe navedene v točki 2.

Operacijo, program razvoja centra odličnosti, z naslovom Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov (št. operacije OP13.1.1.2.02.0005), delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v višini 85%. Slovenski delež sofinanciranja je v višini 15%.

**Pravni pouk:**

Vsak ponudnik, ki je sodeloval v postopku javnega razpisa, sme zahtevati revizijo postopka v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja ZRPJN (Uradni list RS št. 94/07). Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah oddaje javnega naročila, razen če ZJN-2B in ZRPJN ne določa drugače. Po odločitvi o oddaji naročila je rok za vložitev zahtevka deset dni od prejema obvestila o odločitvi o oddaji naročila. Vlagatelj mora v zahtevku navesti kontaktno osebo, naziv naročnika, javno naročilo in priložiti naslednje dokumente: odločitev o oddaji naročila, obrazložitev kršitev, dokaze o kršitvah ter potrdilo o vplačilu takse v višini 2.500 EUR. Takso mora plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. 0110-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 22. členom Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja, sklic 11 161100-7111290-00000010. V primeru, da je razpis objavljen tudi v Uradnem glasilu Evropske skupnosti, se taksa iz prejšnjega stavka podvoji. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo v dveh izvodih pri naročniku. Naročnik kopijo zahtevka za revizijo v treh dneh od prejema posreduje izbranemu ponudniku. S kopijo zahtevka za revizijo pa vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se vroči po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.



Dr. Livija Tušar  
poslovna direktorica